



Rometec s.r.l.

Via Alessandro Minuziano, 87-89 , 00128 Roma

Tel. 065061635 – Fax 065061542

Sito web: www.rometec.it – email: info@rometec.it

P. IVA 04120621000 - CCIAA RM 736916

Reg. Soc. Tribunale RM 9229/91 - Cap. soc. 46'482,00 €



SONDE ISOCINETICHE

Le sonde di campionamento isocinetiche sono raccomandate dalle normative ASTM D1066 e ASME PTC19.11 per il campionamento del vapore.

Queste sonde sono costruite sempre su misura, tenendo in considerazione grandezza della linea e velocità del vapore.

Possono essere a saldare o flangiate, in 316 SS o in altro materiale.

Quando la pressione supera i 34 bar raccomandiamo di usare 2 valvole di isolamento, mentre al di sotto di 34 bar è sufficiente una valvola di isolamento.

